

SKILL VALUTAZIONE BLS/DAE Adulto

NOMINATIVO: _____ **Associazione** _____ **Data:** _____

Istruzioni Prearrivo:

LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE				0	1	2
1. Valuta la scena	Scena sicura					
2. Chiama il paziente; Valuta presenza e qualità del respiro	NON risponde, NON respira (o respiro ANORMALE COMPATIBILE con ACC)					
3. Posiziona la persona supina; Inizia o fa iniziare le CTE	Individua il punto corretto di compressione ed esegue CTE fino a DAE pronto (conta ad alta voce)					
4. Chiede DAE, allerta o fa allertare la SOREU	Comunica ACC all'équipe e alla SOREU					
5. Prepara il DAE e il torace	Scopre il torace quanto basta, rade e asciuga se necessario accende il DAE					
6. Applica gli elettrodi (non interrompendo CTE)	Applica gli elettrodi nella posizione corretta, consente l'analisi					
7. Allontana i presenti, garantisce la sicurezza per tutti durante l'analisi del DAE e l'erogazione dello shock	Allontana i presenti e l'O ₂ , pronuncia la filastrocca durante l'analisi					
8. Eroga shock (se consigliato)	Eroga la scarica garantendo la sicurezza (appena consentito)					
9. Riprende (o fa riprendere) immediatamente CTE	Esegue CTE (valutare tecnica ed efficacia)					
10. Apre le vie aeree, ispeziona la cavità orale e posiziona la cannula orofaringea (opzionale)	Estende il capo, solleva il mento, rimuove eventuali corpi estranei evidenti					
11. Effettua 2 lente ventilazioni con pallone autoespansibile + reservoir collegati ad O ₂ ad alti flussi	Valutare correttezza della manovra (1 secondo per ognuna) ed efficacia (espansione del torace)					
12. Prosegue con RCP 30:2 efficace con O ₂ , fino alla successiva analisi del DAE	Ad ogni analisi interrompe RCP esegue il cambio per le CTE					
13. Riconosce e risolve i messaggi di allarme/malfunzionamento del DAE	Allerta la SOREU, continua con RCP e rimuove la causa se possibile					
Errori gravi	X	Valutazione	Punti	%	Istruttori	
Ventilazioni inefficaci		Insufficiente	<19	<75	Nominativo: Firma:	
CTE inefficaci		Sufficiente	19-20	75-80		
Ingiustificate Interruzioni delle CTE		Discreto	21-22	85-88		
Mancata sicurezza		Buono	23-24	90-95	Nominativo: Firma:	
Posizione placche inefficace		Ottimo (capacità leader)		100		
Non gestisce malfunzionamento		ESITO _____				
Motivazioni per non idoneità:						
.....						
.....						